

**Wechselrhythmen und Standzeiten von Inkubatoren**

Stand: Juni 2015

Abteilung Gesundheit  
Dezernat Allgemeine Hygiene/Krankenhaushygiene  
Arbeitsgruppe Krankenhaushygiene

Seite 1 von 1

Ansprechpartner:  
Dr. R. PoldrackTelefonnummer:  
03834/890-201E-Mail Adresse:  
rosmarie.poldrack@lagus.mv-regierung.de

Inkubatoren	Wechselrhythmen und Standzeiten	Allgemeine Hinweise
Wechsel des Inkubators pro Kind	Abstände für Wechsel des Inkubators bisher ungelöst (III) Herstellerangaben beachten und Risikoanalyse (14- oder 7-tägig)	Empfehlungen: tgl. Wechsel im Verlauf einer Dekolonisierung bei MRSA; täglich bei stabilen Kindern, bei instabilen Kindern nach Risikobewertung
Luftfilter	nach Herstellerangaben	
ggf. Bakterienfilter	nach Herstellerangaben	
Inhalationstherapie beatmeter Patienten		Nur sterile Materialien und Lösungen einbringen (IV)  Funktionstüchtige Beatmungsschläuche am selben Patienten nicht häufiger als alle 7 Tage wechseln